

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	赵淑云
	职称:	副高
	工作单位:	辽源市德惠医院
项目信息	项目名称:	辽源市中心医院X射线计算机体层摄影设备配件采购项目
	供应商名称:	吉林省恒泰医疗科技有限公司
专业人员论证意见	辽源市中心医院64排CT(型号GE Optima CT 660)球管已达到使用寿命,球管老化严重,已影响设备的正常运行.因球管与64排CT是匹配设计球管,只能使用配套设备才能使用,主机完全兼容.根据政府采购办法第三十一条只能从唯一供应商采购.吉林省恒泰医疗科技有限公司为采购唯一供应商,因此建议该项目采用单一来源方式采购.	
专业人员签字	赵淑云	日期:2025年7月3日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

姓名:	陈亚萍
职称:	副高
工作单位:	长春市宽城区中医院
项目名称:	辽源市中心医院X射线计算机体层摄影设备配件采购项目
供应商名称:	吉林省恒泰医疗科技有限公司
专业人员论证意见	该采购项目:X射线计算机体层摄影设备配件采购,因主机是由G3000年原厂生产的G3Optimalk。其配件具有不可替代性,原厂生产的配件与主机配套使用,才能更好的适应设备需求,增强设备的稳定性、可靠性。为了减少不必要的设备故障,建议采购原厂配件。 同时该项目符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十条规定:“有技术规格服务要求的货物采购,只能从唯一供应商处采购的情形”。因此,建议采取以单一来源的方式,由吉林省恒泰医疗科技有限公司承接此项目。
专业人员签字	陈亚萍 日期2024年7月3日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杜荣春
	职称:	副高
	工作单位:	长春市二医院
项目信息	项目名称:	辽源市中心医院 X 射线计算机体层摄影设备配件采购项目
	供应商名称:	吉林省恒泰医疗科技有限公司
专业人员论证意见	该院 CT 设备是 GE 厂家生产,而球管必须是原厂 GE 公司配套球管才能与设备相匹配,而吉林省恒泰医疗科技有限公司是吉林省唯一代理商,根据政府采购法第三十一条规定只能从唯一供应商采购,为了球管能与主机设备相兼容,建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	杜荣春	日期:2026 年 7 月 8 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。